COMED

ECKBOLSHEIM

OXYMETRE DE POULS

Réf. N° : 23 200 90

TCE2

FICHE TECHNIQUE
ET DE SECURITE
faisant partie du dossier technique

Description générale	Oxymètre de pouls avec sonde rattachée et PI digital modèle POCKET affichage couleurs MD300I avec alarme visuelle pour non détection du capteur , du doigt et de la batterie faible.Pour adulte et enfants > 2 ans.	
Classification	Classe IIa Annexe IX point 10.	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence série	Oui	Voir sur étiquette sur le produit « SN »
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon sec ou légèrement humidifié avec du savon. Lors du nettoyage , il faut veiller à ce que le liquide ne pénètre en aucun cas dans l'appareil et les capteurs.
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)	
Pièces constitutives	Oui	2 Piles (alcaline AAA (LR03), une bandoulière.
Matières	En ABS sans plomb	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non applicable pour les DM	
Standard fabrication	SO	
Etiquetage	Oui	Nom, référence, CE0123, COMED,
Emballage	Oui	Dans une boite en carton et un boitier plastique. Protection contre les chocs.
Stockage particulier	Oui	Dans un lieu où la température ambiante est comprise entre -20 et 55°C, à une humidité relative inférieur à 93%. Dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil.
Marquage sur le DM	Oui	N° de série, CE0123, Date fabrication, modèle MD300C330

Références		23 200 90	23 200 95	23 200 99
Désignation		Oxymètre de pouls , PI et bargraphe	Capteur 1 à 10 Kg	Capteur 10 à 50 Kg
Dimensions Lo x La x H (mm)		Boitier 140 x 44 x 22 Capteur = 60 x 26 x 26	Prise de mesure : 1 à 4 Kg = côté du pied 3 à 5 Kg = gros orteil 5 à 10Kg = gros orteil ou pouce	Prise de mesure à l'index
Résistance température (C°)		Stockage = - 20 à 55°C ; en opération = 5° à 40°C	idem	Idem
Poids net(g)		115	34	35
Couleurs		Gris et bleu	Gris	Gris
Type d'affichage		Écran LED couleurs Spo² ,PR,PI,Pouls.	-	-
SpO2	*Plage de mesure*	70-100%	idem	idem
	Précision	+- 3% entre 80 et 99% ; +-3% entre 70 et 80%		
Fréquence du pouls	*Plage de mesure*	30-235 BPM +- 1 bpm		
	Précision	+-2 BPM ou +-2% (plus grand)		
	Intensité du pouls	Indicateur du graphique en barre		
Puissance requise		2 piles alcaline AAA 1.5V (LR03)		
Consommation électrique		Moins de 40 mA		
Enregistrement		Jusqu'à 10 patients et 72 heures d'enregistrement		

Utilisation	Dispositif permettant de mesurer la saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine (SpO^2) du sang artériel du patient. Avec indicateur bargraphe du pouls. Dans le domaine de l'exploration fonctionnelle , pneumologie ,réanimation, anesthésie et néonatalogie. Pour aldulte et enfants de moins de 2ans.Logiciel de transmission et cable USB fourni pour les données sur PC (pas de MAC).
Mode d'emploi	Branchez la sonde dans la boitier .Appuyez sur la pince, placez un doigt dans l'ouverture. Appuyez une fois sur l'interrupteur, situé sur le panneau avant. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil pour plus de précisions.
Précaution d'emploi	Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle , les données peuvent être erronées. **Appareil pour adulte.** La prise doit se faire suivant les recommandations des praticiens , des fac teurs extérieurs peuvent nuire à la précision de la mesure , comme transpiration ,pigmentat ion de la peau , vernis à ongle , ongles non propres ou détériorés.
Recyclage/Récupération	Oui/ DEEE
DEEE/REACH	Oui/NC
PVC/ PHTALATES	Non/ Non
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul
Piles	2 piles alcalines AAA LR03 1.5V recyclable dans des bacs à piles uniquement